

IC 356

In data 18/05/2023 si è provveduto al collaudo tecnico delle sotto elencate apparecchiature fornite con DDT 3162 del 17/05/2023, relative all'ordine n. 9453 del 31/03/2023, aggiudicate con Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 08/03/2023, fornite dalla Ditta S.I.D.E.M. S.p.A.

Elenco apparecchiature:

N° Inventario	DESCRIZIONE MATERIALE	Matricola	Costruttore	Reparto
360015	Lavasonde B33T	0723500 130	SIDEM	UOC Cardiologia - Adria

Dati di Accettazione dell'apparechiatura

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Corrispondenza al tipo e modello indicato nell'ordine	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Esistenza del Manuale d'uso in lingua italiana	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Esistenza della documentazione tecnica di accompagnamento	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR

Dati Elettrici

Tensione Alimentazione: _____
 Necessità Bombe: SI N
 Num. Bombe: _____
 capacità bombe: _____
 Tipo Gas _____

Tipo di attacco gas

Classe elettrica I	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Classe elettrica II	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Classe elettrica AI	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Tipo elettrico B	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Tipo elettrico BF	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Tipo elettrico CF	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Morsetto terra di protezione	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Morsetto terra di equipotenzialità	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Morsetto terra funzionale	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Cavo di alimentazione Separabile	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
Cavo di alimentazione Non Separabile	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR

Marchi e Norme

L'apparecchio è accompagnato da Attestato di certificazione 93/42/CEE (D.L.46/97)	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR
L'apparecchio è di classe 1 (93/42/CEE)	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
L'apparecchio è di classe 2a (93/42/CEE)	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
L'apparecchio è di classe 2b (93/42/CEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR
L'apparecchio è di classe 3 (93/42/CEE)	<input type="checkbox"/>	SI	NO	NR
L'apparecchio è conforme alle norme CEI 62-5 e alle eventuali particolari	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NR

VERBALE DI COLLAUDO

SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI – SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
AZIENDA ULSS5 POLESANA

Alla presenza dei sotto indicati firmatari si sono svolte le operazioni di collaudo funzionale per la/le apparecchiatura/e sopra indicata/e che ha dato luogo ai seguenti risultati:


1. L'apparecchio risulta perfettamente funzionante SI N
2. L'apparecchio risulta idoneo all'uso previsto SI N
3. Il personale sanitario e/o tecnico ha ricevuto precise istruzioni per l'uso SI N
4. Il personale ha ricevuto i manuali d'uso SI N
5. verifica della corrispondenza della fornitura all'ordine :POSITIVA NEGATIVA
6. prove di funzionamento: POSITIVA NEGATIVA


Lista delle prove funzionali:


- 7.collegamento idrico ADEGUATO NON ADEGUATO NON PRESENTE
- 8.scarico idrico ADEGUATO NON ADEGUATO NON PRESENTE
- 9.libretto uso manutenzione in lingua italiana SI NO
- 10.marcatatura CE e dichiarazione di conformità SI NO
- NOTE: _____
- 11.presenza delle verifiche elettriche : SI NO NOTE: _____

Esito collaudo : POSITIVO

Garanzia : 24 mesi full risk + 36 mesi post
garanzia

Firma del Tecnico Ditta Fornitrice  Data: 18/05/2013

Firma del Responsabile Sanitario  Data: 18/05/2013

Firma del personale Tecnico (SIC)  Data: 18/05/2013

Firma del Responsabile S.P.P. _____ Data: _____

Altri ELENA CEFALDI Amministratore Data: 18/05/2013

Note